

## CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

## IDENTIFICACION DEL PANEL

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Codigo Interno      | OXI-2025-003          |
| Numero de Serie     | SN-20260111-003       |
| Institucion Destino | Sanatorio Finochietto |
| Area Destino        | Recuperacion          |
| Tipo de Panel       | Modular               |
| Tipo de Montaje     | Semi-embutido         |

## RESUMEN TECNICO

## Configuracion de Gases

| Tipo de Gas    | Estandar | Cant. |
|----------------|----------|-------|
| Oxígeno        | DIN      | 4     |
| Aire Medicinal | DIN      | 3     |
| Vacío          | DIN      | 2     |

## Sistema Electrico

|                      |      |
|----------------------|------|
| Total Tomacorrientes | 5    |
| Estandar             | IRAM |
| Circuito Normal      | 2    |
| Circuito Emergencia  | 3    |

## Datos y Senales

|                    |    |
|--------------------|----|
| Puertos RJ45       | 4  |
| Llamado Enfermeria | NO |

## Accesorios

|                  |    |
|------------------|----|
| Riel porta suero | x1 |
|------------------|----|

## TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

| Zona | Descripcion                        | Fecha/Hora Completado | Estado |
|------|------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1    | Zona 1 - Recepción y Verificación  | 12/01/2026 21:57      | OK     |
| 2    | Zona 2 - Armado Estructural        | 13/01/2026 19:57      | OK     |
| 3    | Zona 3 - Instalación de Gases      | 14/01/2026 18:57      | OK     |
| 4    | Zona 4 - Sistema Eléctrico y Datos | 15/01/2026 22:57      | OK     |
| 5    | Zona 5 - Control Final y Embalaje  | 16/01/2026 18:57      | OK     |

## DECLARACION DE CONFORMIDAD

Se certifica que el panel identificado en este documento ha sido fabricado y verificado siguiendo los procedimientos de calidad establecidos por OXIBIO.

El producto cumple con las especificaciones tecnicas requeridas y se encuentra apto para su instalacion en la institucion destino indicada.

## OBSERVACIONES

Panel completado y listo para despacho.