

OXIBIO

PANELES DE GASES MEDICINALES

CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

IDENTIFICACION DEL PANEL

Codigo Interno	OXI-2025-005
Numero de Serie	SN-20260110-005
Institucion Destino	Hospital Garrahan
Area Destino	Quirofano 4
Tipo de Panel	Vertical
Tipo de Montaje	Embutido

RESUMEN TECNICO

Configuracion de Gases			Sistema Electrico	
Tipo de Gas	Estandar	Cant.	Total Tomacorrientes	6
Oxígeno	DIN	4	Estandar	IRAM
Aire Medicinal	DIN	1	Circuito Normal	4
			Circuito Emergencia	2
Datos y Senales			Accesorios	
Puertos RJ45		1	Lampara de lectura	x2
Llamado Enfermeria		SI	Reloj de pared	x2

TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

Zona	Descripcion	Fecha/Hora Completado	Estado
1	Zona 1 - Recepción y Verificación	11/01/2026 23:57	OK
2	Zona 2 - Armado Estructural	13/01/2026 00:57	OK
3	Zona 3 - Instalación de Gases	13/01/2026 21:57	OK
4	Zona 4 - Sistema Eléctrico y Datos	14/01/2026 20:57	OK
5	Zona 5 - Control Final y Embalaje	15/01/2026 19:57	OK

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Se certifica que el panel identificado en este documento ha sido fabricado y verificado siguiendo los procedimientos de calidad establecidos por OXIBIO.

El producto cumple con las especificaciones tecnicas requeridas y se encuentra apto para su instalacion en la institucion destino indicada.

OBSERVACIONES

Panel completado y listo para despacho.